



Alcohol Testing

TALLER DE ALCOHOLIMETRÍA

BITÁCORA DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION LOG



MODELO: i Glow 10

FECHA DE CALIBRACIÓN: 19/06/2022

NÚMERO DE SERIE: T806T0157

PRÓXIMA CALIBRACIÓN RECOMENDADA: 010,000 muestras 19/06/2023

Servicio Realizado

Método Utilizado

Estándar de Calibración

☒ Calibración
☐ Reparación

☒ Baño Húmedo
☐ Gas Seco

☒ .030%BAC
☐ .050%BAC
☐ .100%BAC

PRUEBA	RESULTADO (% BAC)	VERIFICACIÓN	TIPO DE MUESTRA	TIEMPO DE RECUPERACIÓN	SELLO DE VERIFICACIÓN
No. 1	.030/-0AC	☒ Cumple ☐ No Cumple	☒ Wet Bath ☐ Dry Gas	Revisado Kaßla Alcohol Testing	
No. 2	.030/-0AC	☒ Cumple ☐ No Cumple	☒ Wet Bath ☐ Dry Gas		
No. 3	.030/-0AC	☒ Cumple ☐ No Cumple	☒ Wet Bath ☐ Dry Gas	15 segundos	

Valor de Tolerancia de Calibración
Calibration Tolerance Value

+/- .005%BAC

TÉCNICO DE SERVICIO